















## Symbolnøgle

## KUN TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK

Dette dokument er en generel signaturforklaring til symboler, der kan forekomme i forbindelse med mærkningen af dette produkt.

	Til <i>in vitro</i> -diagnostik
	Katalognummer – Angiver producentens katalognummer for enhedsidentifikation
	Serienummer
	Batchkode – Angiver producentens batchkode til batch- eller lotidentifikation.
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Kun på ordination – Ifølge amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges af en læge eller på en læges ordination
	Højt output
	CE-mærkning
	Se instruktionsvejledningen
	Temperaturgrænse – Angiver acceptable temperaturgrænser ved forsendelse og eksponering
	Producent – Angiver producenten af det medicinske udstyr som defineret i EU direktiver
	Sidste anvendelsesdato
	Må ikke opbevares i direkte sollys – Angiver, at det medicinske udstyr skal beskyttes mod lys eller varme
	Sundhedsrisikosymbol – For en forklaring af faresymbolerne og den medfølgende erklæring om sundhedsrisiko henvises der til komponenten Safety Data Sheet (SDS) (sikkerhedsdatablade (SDS)), som kan downloades fra <a href="http://support.illumina.com/sds.html">http://support.illumina.com/sds.html</a>



Fareadvarselssymbol – For en forklaring af faresymbolerne og den medfølgende erklæring om sundhedsrisiko henvises der til komponenten Safety Data Sheet (SDS) (sikkerhedsdatablade (SDS)), som kan downloades fra <http://support.illumina.com/sds.html>


## Copyright og varemærker

© 2020 Illumina, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker tilhører Illumina, Inc. eller de respektive ejere. Specifikke varemærkeoplysninger er tilgængelige på [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Kontaktoplysninger



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122 U.S.A.  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (uden for Nordamerika)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
The Netherlands

## Australsk sponsor

Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Australien