
















Legenda simbola

ZA IN VITRO DIJAGNOSTIČKU UPOTREBU

Ovaj dokument predstavlja opštu legendu za razumevanje simbola koji se pojavljuju na nalepnicama za ovaj proizvod.

| | |
|--|---|
|  | Za <i>in vitro</i> dijagnostičku upotrebu |
|  | Kataloški broj – označava kataloški broj proizvođača za identifikovanje uređaja |
|  | Serijski broj |
|  | Broj partije – označava broj partije proizvođača za identifikovanje partije ili serije |
|  | Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici |
|  | Samo na recept – Federalni zakon SAD ograničava prodaju ovog uređaja na prodaju od strane ili po nalogu licenciranog medicinskog lica |
|  | Velika izlazna snaga |
|  | Usaglašenost sa evropskim zakonima |
|  | Pogledajte uputstvo za korišćenje |
|  | Ograničenje temperature – označava prihvatljiva ograničenja temperature za transport i izloženost |
|  | Proizvođač – označava proizvođača medicinskog uređaja, kao što je definisano u direktivama EU |
|  | Rok upotrebe |
|  | Čuvajte dalje od sunčeve svetlosti – označava da medicinski uređaj mora da se zaštiti od svetla ili toplote |
|  | Simbol opasnosti po zdravlje – objašnjenje simbola opasnosti i odgovarajuće izjave o opasnosti potražite u bezbednosnom listu komponente koji je moguće preuzeti sa adrese http://support.illumina.com/sds.html |
|  | Simbol upozorenja na opasnost – objašnjenje simbola opasnosti i odgovarajuće izjave o opasnosti potražite u bezbednosnom listu komponente koji je moguće preuzeti sa adrese http://support.illumina.com/sds.html |


Autorska prava i žigovi

© 2021. Illumina, Inc. Sva prava zadržana. Svi žigovi su vlasništvo kompanije Illumina, Inc. ili odgovarajućih vlasnika. Konkretno informacije o žigovima potražite na adresi www.illumina.com/company/legal.html.

Kontakt informacije



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 SAD
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (van Severne Amerike)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Australijski sponzor

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000 Australija