

Symbooloverzicht

BESTEMD VOOR IN-VITRODIAGNOSTIEK

Dit is een algemene legenda met uitleg van de symbolen die op de labeling van dit product kunnen staan.

	Hoeveelheid voldoende voor <n> tests
	Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek
	Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Catalogusnummer
	Serienummer
	Productiedatum
	Temperatuurlimiet
	Onderdeelnummer
	Batchcode
	Fabrikant
	Uiterste gebruiksdatum
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
<input type="checkbox"/> 100 ml EtOH Added	Een selectievakje om aan te geven dat er 100 ml EtOH aan de fles is toegevoegd
	Europese conformiteit
	Symbool Gezondheidsrisico - Voor een verklaring van de gevarensymbolen en de bijbehorende gevarenaanduiding raadpleegt u het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor het onderdeel. Dit kan worden gedownload via http://support.illumina.com/sds.html
	Symbool Brandgevaarlijk - Voor een verklaring van de gevarensymbolen en de bijbehorende gevarenaanduiding raadpleegt u het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor het onderdeel. Dit kan worden gedownload via http://support.illumina.com/sds.html
	Symbool Gevaarlijk - Voor een verklaring van de gevarensymbolen en de bijbehorende gevarenaanduiding raadpleegt u het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor het onderdeel. Dit kan worden gedownload via http://support.illumina.com/sds.html

Copyright en handelsmerken

© 2020 Illumina, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn eigendom van Illumina, Inc. of hun respectievelijke eigenaren. Ga naar www.illumina.com/company/legal.html voor meer informatie over specifieke handelsmerken.

Contactgegevens



Illumina
 5200 Illumina Way
 San Diego, Californië
 92122 VS
 +1 800 809 ILMN (4566)
 +1 858 202 4566 (buiten Noord-Amerika)
 techsupport@illumina.com
 www.illumina.com



Illumina Netherlands B. V.
 Freddy van
 Riemsdijkweg 15
 5657 EE Eindhoven
 Nederland

Australische sponsor
 Illumina Australia Pty Ltd
 Nursing Association
 Building
 Level 3, 535 Elizabeth
 Street
 Melbourne, VIC 3000
 Australië